

# 江西省卫生健康委员会办公室文件

赣卫办职业字〔2019〕7号

---

## 关于2019年全省职业卫生检测实验室间 比对工作情况的通报

各设区市卫生健康委员会，各职业卫生技术服务机构：

为进一步规范全省职业卫生技术服务行为，提高职业卫生技术服务机构的检测技术能力和检测人员业务素质，根据《关于印发2019年全省职业卫生评价报告盲评和检测实验室间比对工作方案的通知》（赣卫职业字〔2019〕4号），省卫生健康委于2019年11月至12月组织开展全省职业卫生检测实验室间比对工作。现将有关情况通报如下：

### 一、基本情况

（一）比对项目。本次比对包含滤膜中锰、活性炭管中四氯化碳、水中盐酸3个项目的测定，每个项目分1、2、3三个浓度水平，各水平检测两个平行样品。共27家单位参加，发放

154 个比对样品，收回 154 个样品检测结果。其中，中国铁路南昌局集团有限公司南昌疾病预防控制中心和宜春市安尔健职业卫生技术有限公司 2 家单位参加了锰和盐酸 2 个项目比对，抚州市东乡区疾病预防控制中心仅参加了锰 1 个项目比对，其余 24 家单位均参加了 3 个项目的比对。

（二）参比实验室。参加本次比对的 27 家单位中，职业卫生技术服务机构甲级资质 1 家，乙级资质 21 家，丙级资质 5 家。

（三）比对结果。参加比对的 27 家单位中，12 家单位综合评定结果为“合格”，9 家“基本合格”，3 家“不合格”，3 家未予综合评定（比对结果见附件）。

## 二、存在的主要问题

（一）职业卫生检测工作不规范。部分机构未按照方案中检测要求的次数对样品进行检测，引用的检测依据过期，缺少空白对照样品的检测，未采取质控样品分析或加标回收等质量控制措施，未对加标回收结果进行分析。

（二）职业卫生技术服务档案不完整、不规范。部分机构原始记录中样品交接记录信息不全，缺少样品状态描述，无样品处理记录，缺少标准物质和质控样品信息，标准物质及化学试剂的使用、配制记录不完整，标准系列和原始谱图信息不完整，检测报告样式不规范，缺少检测任务编号，记录划改不规范，采用修正液直接涂改数据等。

## 三、下一步工作要求

（一）查找问题并及时整改。针对此次比对中存在的“不

合格”项的职业卫生技术服务机构，要立即组织技术人员认真分析，查找出问题原因，提出整改措施并将整改情况于2020年1月16日前书面报送省卫生健康委职业健康处。

（二）规范检测过程、提高实验室检测能力。各职业卫生技术服务机构应按照《职业卫生技术服务机构检测工作规范》要求，规范开展检测工作，进一步加强检测人员的技能训练，不断提高检测水平；规范实验室内部管理，完善质量控制措施，严把实验室质量关；完整、规范地填写职业卫生技术服务档案并按要求保存，不断提高服务质量。

（三）加强职业卫生技术服务机构监督检查力度。各级卫生健康管理部门要采取“双随机”与日常监督检查相结合的方式，加强对职业卫生技术服务机构的指导和监督，发现违法违规行及时纠正并依法依规查处，同时将有关情况报省卫生健康委职业健康处。

联系人：曹良强

联系电话：0791-86262321，15979121791

电子邮箱：197733207@qq.com

附件：2019年全省职业卫生检测实验室间比对结果汇总表

省卫生健康委办公室

2019年12月19日

附件

2019 年全省职业卫生检测实验室间比对  
结果汇总表

序号	单位名称	考核项目			综合 评定
		锰	四氯化碳	盐酸	
一、职业卫生技术服务甲级资质机构					
1	江西省安全生产科学技术研究中心	合格	合格	合格	合格
二、职业卫生技术服务乙级资质机构					
1	南昌市疾病预防控制中心	合格	合格	合格	合格
2	江西省矿检安全科技有限公司	合格	合格	合格	合格
3	江西赣昌评价检测技术咨询有限公司	合格	合格	合格	合格
4	九江市疾病预防控制中心	合格	合格	合格	合格
5	赣州市疾病预防控制中心	合格	合格	合格	合格
6	江西众安职业危害评价检测有限公司	合格	合格	合格	合格
7	吉安市疾病预防控制中心	合格	合格	合格	合格
8	江西翊安安全科技有限公司	合格	合格	合格	合格
9	景德镇市疾病预防控制中心	合格	合格	合格	合格
10	江西联安检测技术有限公司	合格	合格	合格	合格
11	江西乾运安全评价检测有限公司	合格	合格	合格	合格
12	上饶市疾病预防控制中心	不合格	合格	合格	基本合格
13	江西润兴科技有限公司	合格	不合格	合格	基本合格
14	江西华安安全生产检测检验中心	合格	合格	不合格	基本合格

序号	单位名称	考核项目			综合 评定
		锰	四氯化碳	盐酸	
15	江西龙翔国标科技检测有限公司	合格	不合格	合格	基本合格
16	江西省赣康职业卫生技术服务有限公司	合格	不合格	合格	基本合格
17	鹰潭力成安全生产科技服务有限公司	不合格	合格	合格	基本合格
18	新余安康技术服务有限公司	合格	合格	不合格	基本合格
19	江西景江安全环保技术有限公司	不合格	合格	合格	基本合格
20	江西京华职业健康技术服务有限公司	合格	不合格	不合格	不合格
21	江西江源职安科技有限公司	不合格	不合格	不合格	不合格
<b>三、职业卫生技术服务丙级资质机构</b>					
1	九江市鑫洁生产环境科技有限公司	不合格	合格	合格	基本合格
2	江西济慈检测有限公司	合格	不合格	不合格	不合格
3	中国铁路南昌局集团有限公司南昌疾病预防控制中心	合格	/	不合格	/
4	宜春市安尔健职业卫生技术有限公司	合格	/	合格	/
5	抚州市东乡区疾病预防控制中心(资质已过期)	不合格	/	/	/

备注：“/”表示未参加该项目比对或不作综合评定。

